

品川区保健所長 殿

管理者住所

氏名

㊞

診療用エックス線装置備付届

下記のとおり診療用エックス線装置を備え付けたので、医療法第15条第3項および医療法施行規則第24条の2の規定により届け出ます。

記

診療所及び所在地 の名称	名 称				
	所 在 地		電話番号 () 番号 ()		
診療用エックス線装置に関する事項	製 作 者 名				
	型 式				
	定 格 出 力	長 時 間	k V	m A	
		短 時 間	k V	m A	Sec
			k V	m A	Sec
			k V	m A	Sec
	蓄 放 式	k V	m A	Sec	
エックス線管の数					
主 な 用 途		管球 (1)	管球 (2)		
エックス線診療に 関する医師、歯科 医師、診療放射線技師 または診療エックス線 技師の氏名及び職歴	氏 名	職 種	エックス線診療に関する経歴		
			臨床研修等修了登録年月日(医師又は歯科医師のみ)	免許証番号及び登録年月日	
		医師・診療エックス線技師	年 月 日	第 号	
		歯科医師・診療放射線技師	年 月 日	年 月 日	
		医師・診療エックス線技師	年 月 日	第 号	
		歯科医師・診療放射線技師	年 月 日	年 月 日	
	医師・診療エックス線技師	年 月 日	第 号		
	歯科医師・診療放射線技師	年 月 日	年 月 日		
備 付 年 月 日		年 月 日			

診療用エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

エックス線管の容器及び	治療用(50kv以下)	1.0mGy/時(接触可能表面から5cm)	管球(1) 以下・越える	管球(2) 以下・越える
	治療用(50kvを超える)	300mGy/時(接触可能表面から5cm)、 10mGy/時(焦点から1m)		
	口内撮影用(125kv以下)	0.25mGy/時(焦点から1m)		
	コンデンサ式エックス線高電圧装置	20 μ Gy/時(充電時、照射時以外、表面から5cm)		
	上記以外のエックス線装置	1.0mGy/時(焦点から1m)		
総濾過	口内法撮影用(70kv以下)	アルミニウム当量1.5mm以上	有・無	有・無
	乳房撮影用(50kv以下)	アルミニウム当量0.5mm、又は、モリブデン当量 0.03mm以上		
	上記以外のエックス線装置	アルミニウム当量2.5mm以上		
受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置(CT エックス線装置を除く)			有・無	有・無
透視装置	患者への入射線量率	50mGy/分	以下・越える	以下・越える
		125mGy/分(高線量率透視制御装置)		
	透視時間の積算型警報付きタイマー		有・無	有・無
	焦点皮膚間距離保持装置又はインターロック	焦点皮膚間距離30cm以上	有・無	有・無
		手術中、焦点皮膚間距離20cm以上		
	受像面を通過した線量率	150 μ Gy/時(接触可能表面から10cm)	以下・越える	以下・越える
最大受像面を3センチメートルを超える部分を通じた線量率	150 μ Gy/時(接触可能表面から10cm)	以下・越える	以下・越える	
利用線錐以外のエックス線を有効に遮蔽するための被写体周囲の適切な手段を講じること			有・無	有・無
撮影装置	口内撮影用	15cm以上(70kv以下)	有・無	有・無
		20cm以上(70kvを越える)		
	歯科用パノラマ装置 CTエックス線装置	15cm以上		
	携帯型エックス線装置 乳房撮影用エックス線装置(拡大撮影)	20cm以上		
	上記以外のエックス線装置 (骨塩定量分析エックス線装置を除く)	45cm以上		
胸部間接撮影装置	利用線錐の角錐型		有・無	有・無
	接触可能表面から10cmにおいて1 μ Gy/1ばく射以下となる受像器の一次遮蔽体			
	10cmにおいて1 μ Gy/1ばく射以下となる被照射体周囲の箱状の遮蔽物		有・無	有・無
移動型・携帯型装置等	エックス線管焦点及び患者から2メートル以上離れて操作できる構造		有・無	
	装置の保管場所			
治療用装置	ろ過板が引き抜かれた場合、エックス線の発生を遮断するインターロック		有・無	
口撮装内影法用装置	照射筒先端における照射野の直径	6cm以下	有・無	

エックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要	使用の場所	エックス線診療室・その他()		
	遮蔽物	構造及び材料	厚さ	
	遮蔽物を設ける場所			
	天井	鉄筋コンクリート ・その他()	mm mmPb	
		床	鉄筋コンクリート ・その他()	mm mmPb
	周囲の画壁等	(東)	鉄筋コンクリート・鉛合板 ・その他()	mm mmPb
		(西)	鉄筋コンクリート・鉛合板 ・その他()	mm mmPb
		(南)	鉄筋コンクリート・鉛合板 ・その他()	mm mmPb
		(北)	鉄筋コンクリート・鉛合板 ・その他()	mm mmPb
		監視用窓	含鉛ガラス ・その他()	mmPb
出入口の扉	含鉛扉 ・その他()	mmPb		
その他の開口部				
操作室	有・無()			
診療室の標識	有・無			

エックス線診療室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要	放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示		患者用	有 ・ 無
			従事者用	有 ・ 無
	使用中の表示		有 ・ 無	
	画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト/週以下となる措置		有 ・ 無	
	管理区域	管理区域を設ける場所	別添図面のとおり	
		境界における実効線量が1.3ミリシーベルト/3月以下となる措置	有 ・ 無	
		立入制限措置	有 ・ 無	
		標 識	有 ・ 無	
	敷地の境界等	敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシーベルト/3月以下となる措置	有 ・ 無	
		入院患者(診療により被曝する放射線を除く)の実効線量が1.3ミリシーベルト/3月以下となる措置	有 ・ 無	
	その他	取扱者の被曝測定器具		
		防護用具(防護前掛等)	有 ・ 無	

注意事項

- 1 隣接室名、上階及び下階の室名ならびに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図および側面図を添付すること。
- 2 診療室図は、照射方向、エックス線管から天井、床および周囲の画壁の外側までの距離(メートル)ならびに防護物の材料および厚さを記入した50分の1の縮図とすること。ただし、歯科用診療室は、50分の1または25分の1の見易い縮図とすること。
- 3 管理区域の標識、使用中ランプ等の位置を診療室図中に記入すること。
- 4 漏えい放射線測定結果報告書(写)を添付すること。